

Drużbice, dnia 02.07.2018 r.

WÓJT GMINY DRUŻBICE

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego

dotyczy: odpowiedzi na zapytanie do treści zapytania ofertowego „Zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP z terenu Gminy Drużbice współfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”.

Wójt Gminy Drużbice informuje, iż w dniu 27.06.2018 r. do Urzędu Gminy w Drużbicach wpłynęło mailem zapytanie do zapytania ofertowego o następującej treści:

1. „Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności deskę ortopedyczną firmy Ferno USA , o podanych niżej parametrach: -deska ortopedyczna z polietylenu wypełniona pianką poliuretanową. -posiada podłużny otwór pozwalający na unieruchamianie każdej nogi oddzielnie. -posiada 22 otwory po obwodzie deski pozwalające na zastosowanie różnych sposobów unieruchomienia pacjenta. -wbudowane w otwory sworznie umożliwiają zaczepienie uprząży do wyciągarki. -ścięte zakończenie od strony nóg umożliwia łatwe manewrowanie w wąskich przestrzeniach, zaś gładka powierzchnia umożliwia delikatne przesuwanie pacjenta. -deska posiada unieruchomienie głowy typu klocki i komplet 4 pasów. -wykonana jest z materiałów przenikliwych dla promieni X. -obciążenie maksymalne 204 kg -waga: 6,6 kg -wymiary: 183 x 41 x 4,5 (dł. x szer. x wys.).

Uzasadnienie: Zaproponowana deska jest zgodna z Minimalnymi standardami wyposażenia podmiotów KSRG w zestawy ratownictwa medycznego /załącznik Nr 3 /- Zasady organizacji ratownictwa medycznego w KSRG z 2013 r.”

2. „Czy Zamawiający wymaga żeby defibrylator AED był zgodny z „Ramowymi minimalnymi wymaganiami techniczno - użytkowymi dla zautomatyzowanych defibrylatorów (AED) w KSRG” - , zatwierdzonymi przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w lipcu 2013r?

Uzasadnienie: Jednostki OSP działające w KSRG mają obowiązek działać zgodnie z Zasadami przyjętymi w KSRG w związku z tym powinny używać sprzętu o parametrach zaakceptowanych w KSRG. .Ramowe minimalne wymagania techniczno-użytkowe dla zautomatyzowanych defibrylatorów w KSRG określają jakie powinno być wyposażenie takiego urządzenia dla strażaków OSP między innymi opisuje torbę, ilość elektrod, pojemność baterii, itp.”

Na przytoczone wyżej zapytania udzielono następujące odpowiedzi:

Ad. 1. Zamawiający informuje, że deska musi być zgodna z minimalnymi standardami wyposażenia podmiotów KSRG w zestawy ratownictwa medycznego określonymi przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w „Zasadach Organizacji Ratownictwa Medycznego w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym” z lipca 2013 roku.

Ad. 2. Zamawiający informuje, że defibrylator musi być zgodny z minimalnymi standardami wyposażenia podmiotów KSRG w zestawy ratownictwa medycznego określonymi przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w „Zasadach Organizacji Ratownictwa Medycznego w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym” z lipca 2013 roku.

Wójt Gminy Drużbice

mgr Bożena Zielińska